



# 遵义医药高等专科学校中医专业群设备采购项目 (3包：美容实训中心仪器)

# 招 标 文 件

采购人：遵义医药高等专科学校

采购代理机构：贵州国询建设投资咨询有限公司



## 目 录

第一章	招标公告 .....	1
第二章	投标供应商须知前附表.....	4
第三章	投标供应商须知 .....	11
第四章	合同主要条款 .....	21
第五章	评标方法 .....	22
第六章	投标文件格式及构成.....	27
第七章	技术、商务及其他要求.....	41

## 第一章 招标公告

### 项目概况

(遵义医药高等专科学校中医专业群设备采购项目(3包:美容实训中心仪器)) 采购项目的潜在供应商应在(登录全国公共资源交易平台(贵州省·遵义市)会员系统进行网上报名,并下载招标文件(未注册账号的需注册账号后登录))获取招标文件,并于2021年 月 日 点 分(北京时间)前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号: GXZY2021-180-3

项目名称: 遵义医药高等专科学校中医专业群设备采购项目(3包:美容实训中心仪器)

预算金额: 150万元

采购需求:

- 1、数量: 1项
- 2、简要技术需求或服务要求: 详见招标文件
- 3、合同履行期限: 30日历天。

本项目(是/否)接受联合体。

### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1. 具有独立承担民事责任的能力: 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件, 或自然人身份证明; 在中国境内依法注册并具有有效独立法人资格及相应经营范围的合法企业 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 具体要求: 提供2019年度或2020年度经中介机构出具的财务审计报告(含财务报表)或自行承诺均可; 3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力: 具体要求: 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或自行承诺; 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 具体要求: 近6个月的缴纳税收和社会保障资金的相关材料; 5. 参加本次采购活动前三年内, 在经营活动中没有违法违规记录: 提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟); 6. 法律、行政法规规定的其他条件: 提供“信用中国”网站和中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图(公告发布至开标截止时间前)。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 1) 对小、微型(含监狱企业/残疾人福利性单位)产品的价格给予6%的扣除, 用扣除后的价格参与评审, 但须提供中小企业声明函, 严格按照财库〔2011〕181号《政府采购促进中小企业发展暂行办法》执行。提供的声明函必须

真实，如有虚假，将依法承担相应责任；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。2)对原产地在少数民族自治地区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。3)投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分（须提供证明材料）。（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

时间：2021年 月 日至2021年 月 日（招标文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：登录全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）会员系统进行网上报名，并下载招标文件（未注册账号的需注册账号后登录）。

方式：登录全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）会员系统进行网上报名，并下载招标文件（未注册账号的需注册账号后登录）。

售价：0元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2021年 月 日 点 分（北京时间）（从招标文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于20日）。

2.开标时间：2021年 月 日 时 分

3.投标文件递交地点：遵义市公共资源交易中心（遵义市新蒲新区播州大道东100米，遵义市政务服务中心大楼9楼）网址：全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）会员系统。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

投标保证金情况

保证金额（元）：30000.00元

(二) 保证金交纳时间: 2021年 月 日 09:00:00 至 2021年 月 日

(三) 保证金交纳方式: 支票、汇票、本票、保函和其他。投标保证金以银行转账方式提交的, 须从投标人基本账户转出。如有银行保函方式提交的需将存根在开标时带至遵义市公共资源交易中心现场认证。

(四) 开户银行及账号

单位名称: 遵义市公共资源交易中心

开户银行: 交通银行遵义分行厦门路支行

帐号: 523061500018150073564

## 七、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称: 遵义医药高等专科学校

地址: 遵义市新蒲新区

联系方式: 张老师/0851-28798383

### 2. 采购代理机构信息 (如有)

名称: 贵州国询建设投资咨询有限公司

地址: 贵州省遵义市汇川区昆明路唯一国际金创大厦 15 层

联系方式: 李茂婷/0851-28970480

### 3. 项目联系方式

项目联系人: 李茂婷

电话: 0851-28970480

## 重要提示

1、该项目采用全电子化交易, 投标文件采取电子文件投标, 请各投标人下载专业投标文件制作工具。下载地址: 登录全国公共资源交易平台 (贵州省. 遵义市) ——下载中心——新点投标文件制作软件 (遵义版)

2、全电子投标学习地址: 登录全国公共资源交易平台 (贵州省. 遵义市) ——通知公告栏——点击《遵义市公共资源交易中心关于开展政府采购全电子化交易平台业务培训的通知》

3、请认真阅读保证金缴纳说明。

4、该项目投标人可自主选择远程投标、不见面开标, 请各投标人通过投标系统中“不见面开标手册”进行学习。开标时间到后请选择远程投标、不见面开标的投标人及时进行投标文件远程解密, 开标期未实行远程解密造成投标失败的由投标人自行负责。远程投标、不见面开标过程中遇见问题的请及时联系该项目采购代理机构和采购人, 否则按投标无效处理。

## 第二章 投标供应商须知前附表

序号	条款名称	说明与要求
1	采购人	名称：遵义医药高等专科学校 地址：遵义市新蒲新区 联系人：张老师
2	采购代理机构	名称：贵州国询建设投资咨询有限公司 地址：贵州省遵义市汇川区昆明路唯一国际金创大厦15楼 联系人：李茂婷 电话：0851-28970480 电子邮件：911090451@qq.com
3	项目名称	遵义医药高等专科学校中医专业群设备采购项目（3包：美容实训中心仪器）
4	资金来源	财政资金
5	招标方式	公开招标
6	招标内容	遵义医药高等专科学校中医专业群设备采购项目（3包：美容实训中心仪器）
7	合同履行期限	<b>30 日历天。</b>
8	资格条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；在中国境内依法注册并具有有效独立法人资格及相应经营范围的合法企业2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具体要求：提供2019年度或2020年度经中介机构出具的财务审计报告（含财务报表）或自行承诺均可；3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或自行承诺；4. 具有依法缴纳税

		<p>收和社会保障资金的良好记录：具体要求：近6个月的缴纳税收和社会保障资金的相关材料；5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；6. 法律、行政法规规定的其他条件：提供“信用中国”网站和中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（公告发布至开标截止时间前）。</p> <p>2. 本项目的特定资格要求：无。</p>
9	<p>投标供应商要求澄清招标文件（对招标文件提出异议）的截止时间</p>	<p>投标供应商要求对招标文件进行澄清的，公告发布之日起7个工作日内通过全国公共资源交易平台（贵州省. 遵义市）会员系统向采购人提出。</p>
10	<p>采购人书面澄清的时间</p>	<p>采购人对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并将澄清或者修改的内容在全国公共资源交易平台（贵州省. 遵义市）会员系统上公布，投标供应商自行登录系统查阅或下载。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。</p>
11	<p>投标保证金</p>	<p>一、投标保证金的缴纳</p> <p>投标供应商应在投标截止时间之前，登录全国公共资源交易平台（贵州省. 遵义市）会员系统（未注册账号的需注册账号后登录）在网上报名后获取保证金缴纳账户，投标供应商通过其在交易中心登记的基本账户将投标保证金缴纳至该账户（包括电汇、网银和转账），待资金到达保证金缴纳账户后，凭CA密钥登录遵义市公共资源电子交易服务系统查询缴费状态。</p> <p>投标保证金的总金额：叁万元（人民币）</p> <p>开户银行及账号</p>

		<p>单位名称：遵义市公共资源交易中心</p> <p>开户银行：交通银行遵义分行厦门路支行</p> <p>帐号：523061500018150073564</p> <p>若在资格预审阶段已提交资格预审保证金的，在招标阶段不再提交。资格预审保证金转为投标保证金。</p> <p>二、投标保证金的退还</p> <p>（一）以银行转账方式提交投标保证金的</p> <p>中标（成交）公告发布后1个工作日内，由市公共资源交易中心在线返还未中标候选（未成交）单位。</p> <p>合同签订后，中标（成交）单位在线提交合同扫描件至中心交易系统，交易中心在1个工作日内返还至中标（成交）单位。</p> <p>终止招标的，终止公告发布后1个工作日内，由市公共资源交易中心在线返还投标人（供应商）。</p> <p>投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起1个工作日内，由市公共资源交易中心在线返还投标人（供应商）。</p> <p>（二）银行保函、担保保函、保证保险等原件由招标代理机构或采购人按前款规定时间节点办理。</p>
<p>12</p>	<p>采购最高限价</p>	<p><b>本项目采购限价：1500000.00元（大写：壹佰伍拾万元）</b></p> <p><b>供应商不得超过拦标总价报价，否则视为未响应招标文件实质性要求。</b></p>
<p>13</p>	<p>签字或盖章要求</p>	<p>投标文件按要求盖章、签字（或盖章）；涂改处加盖投标供应商单位章或法定代表人印章。</p> <p>（1）所有要求签章的地方都应用本人的CA印章签章。</p> <p>（2）所有要求盖章的地方都应加盖投标供应商单位（法定</p>



		<p>名称)的CA印章。</p> <p>(3) 电子投标文件制作软件未提供格式的, 由投标供应商按招标文件提供格式制作, 在签字、盖章完成后扫描, 在投标工具指定位置上传扫描件。</p>
14	投标文件份数	<p>(1) 加密的电子投标文件一份 (.ZYTF 格式, 在遵义市公共资源电子投标交易服务系统指定位置上传)。</p> <p>(2) 非加密的电子投标文件 (.nZYTF 格式) U盘一份 (此U盘模式针对投标供应商在遵义市公共资源电子交易服务系统上传了投标文件后, 但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用)。</p> <p>(3) 如果开标现场解密失败, 则采用U盘开评标, 要求U盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致, 否则投标文件被否决。</p> <p>(4) 投标供应商在开标时将制作电子投标文件U盘一份带至开标会场备用 (选择远程投标、不见面开标的供应商无需现场提供, 在开标后2小时内将投标文件电子档 (必须与上传系统的文件保持一致) 发送至911090451@qq.com)。</p>
15	封套上标记	<p>电子U盘以贴标签方式标记:</p> <p>项目名称: <u>遵义医药高等专科学校中医专业群设备采购项目</u> <u>(3包: 美容实训中心仪器)</u> 投标文件</p> <p>采购人名称: <u>遵义医药高等专科学校</u></p> <p>投标供应商名称: (盖单位鲜章)</p>
16	投标有效期	开标之日起30日历天
17	投标截止时间	2021 年月日时 (以媒体公告为准)
18	投标文件的递交地点及网址	<p>(1) 电子投标文件用专用投标文件制作工具制作, 生成 *.ZYTF (加密) 及 *.nZYTF (非加密) 两份投标文件;</p> <p>(2) 各投标供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (.ZYTF格式) 到遵义市公共资源电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确;</p>

		<p>(3) 开标现场递交非加密的电子投标文件（.nZYTF 格式）U盘一份</p> <p>（此U盘模式针对投标供应商在遵义市公共资源电子交易系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用。</p> <p>(4) 投标截止时间招投标系统服务器故障导致投标供应商未及时上传电子投标文件时，经交易中心及系统平台服务商证实，投标供应商提供载有*.ZYTF 及*.nZYTF 两份投标文件的U盘履行电子招标投标应急措施。</p> <p><b>重要提示：</b></p> <p><b>1.投标供应商必须携带遵义市招投标系统 CA 锁至开标现场解密。</b></p> <p><b>2. 该项目投标人可自主选择远程投标、不见面开标，请各投标人通过投标系统中“不见面开标手册”进行学习。开标时间到后请选择远程投标、不见面开标的投标人及时进行投标文件远程解密，开标期未实行远程解密造成投标失败的由投标人自行负责。远程投标、不见面开标过程中遇见问题的请及时联系该项目采购代理机构和采购人，否则按投标无效处理。</b></p> <p>地 点：遵义市公共资源交易中心（新蒲新区播州大道东 100 米）</p> <p>网 址：全国公共资源交易平台（贵州省.遵义市）会员系统</p>
19	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：遵义市公共资源交易中心（遵义市新蒲新区播州大道东 100 米（遵义市政务服务中心大楼 9 楼））在投标截止时间以后送达的投标文件将不予以接受。</p>
20	开标程序	<p><b>主持人按下列程序进行开标：</b></p> <p>(1) 宣布开标纪律；</p> <p>(2) 宣布开标人、唱标人、记录人、验证人等有关人员姓名；</p>

		<p>(3) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称;</p> <p>(4) 核验参加开标会议的资格, 投标供应商的法定代表人参加开标会议的, 应出示法定代表人身份证明原件, 委托代理人参加开标会议的, 应出示授权委托书、被授权人身份证明原件。以确认其身份合法有效。携带投标企业CA锁解密 (选择不见面开标, 远程投标的单位必须在开标时将文件解密), 按时提交投标文件备用U盘 (选择远程投标、不见面开标的供应商无需现场提供, 在开标后2小时内将投标文件电子档 (必须与上传系统的文件保持一致) 发送至 <b>911090451@qq.com</b>);</p> <p>(5) 重申拦标价;</p> <p>(6) 投标供应商对电子投标文件解密, 采购人对电子投标文件解密; 公布投标供应商名称、投标报价、及其他内容, 并记录在案;</p> <p>(7) 投标供应商代表、采购人代表、验证人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;</p> <p>(8) 开标结束。</p>
21	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成: 5人, 由采购人和评标专家组成。</p> <p>评标专家确定方式: 随机抽取。</p>
22	评标方法	综合评分法
23	中标供应商条件	采购人将确定实质上响应招标文件要求, 综合得分排序第一, 并有履行合同能力的中标候选人为中标供应商。
24	补充内容	当投标供应商须知前附表与投标供应商须知正文内容不一致时, 以投标供应商须知前附表为准。
25	其他要求	<p>1、中标人按规定向贵州国询建设投资咨询有限公司缴纳成交服务费; 服务费以中标金额为基数, 按照黔价房 (2011) 69号文的收费标准下浮20%计取。例: 如货物采购中标价为400万元, 100万元及以下的部分为100万元x1.48%=1.48万</p>

		<p>元, 100-500万元的部分为(400万元-100万元) x1.08%=3.24万元, 合计:1.48+3.24=4.72万元,实际收费为4.72x (1-20%)=3.776万元)。</p> <p>2、投标供应商的投标报价应包含: 货物采购、运输、安装、验收、税金及其他一切相关的所有费用, 采购人将不再支付其他任何费用。</p> <p>3、不论投标供应商是否中标, 不得有串通投标、以他人名义投标、出让或者出租资格和资质证书供他人投标的行为; 投标供应商对投标文件内容的合法性、真实性、完整性负有无条件证明的义务。不得有提供虚假的许可证件、财务状况、个人简历、劳动关系证明、保险、信用状况、获奖项目、公司地点等一切证明材料骗取中标的行为。</p>
--	--	---

## 第三章 投标供应商须知

### 一. 总 则

#### 1. 资金来源

1.1 本次招标采购所需资金为财政资金，资金已落实位。

#### 2. 合格的投标供应商

2.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；在中国境内依法注册并具有有效独立法人资格及相应经营范围的合法企业 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具体要求：提供 2019 年度或 2020 年度经中介机构出具的财务审计报告（含财务报表）或自行承诺均可；3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或自行承诺；4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具体要求：近 6 个月的缴纳税收和社会保障资金的相关材料；5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；6. 法律、行政法规规定的其他条件：提供“信用中国”网站和中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（公告发布至开标截止时间前）。

2.2 本项目的特定资格要求：无。

3. 投标文件内容的真实性投标供应商应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实、所提供资质文件未在有效期或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标供应商自负。

#### 4. 投标费用和招标文件的解释权

4.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

4.2 本招标文件的解释权归采购人。

### 二、招标文件

## 5. 招标文件构成

5.1 要求提供的（货物或服务），招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共七章，其内容如下：

第一章招标公告

第二章投标供应商须知前附表

第三章投标供应商须知

第四章合同主要条款

第五章评标方法

第六章投标文件格式及构成

第七章技术、商务及其他要求

5.2 投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款等要求。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于投标供应商的评标结果，其风险由投标供应商承担。

## 6. 招标文件的修改和澄清

6.1 在投标截止时间前，采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

6.2 采购人对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并将澄清或者修改的内容在遵义市公共资源电子交易服务系统上公布，投标供应商自行登录系统查阅或下载。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 投标供应商要求对招标文件进行澄清的，公告发布之日起7个工作日内通过全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）会员系统向采购人提出。

6.4 任何要求对招标文件进行澄清或提出质疑的投标供应商，均应在公告发布之日起7个工作日内通过全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）会员系统向采购人提出，同时提交有效证据。投标供应商行使质疑权时，须坚持“谁质疑谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人

将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方提交的投标保证金中扣除相关的调查论证费用。

6.5在投标截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间通过全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）会员系统通知所有获取了招标文件的供应商。

### 三. 投标文件的编制

#### 7. 投标的语言

7.1投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

#### 8. 投标文件的构成

8.1投标供应商提交的投标文件应包括下列部分的内容：

8.1.1按照投标供应商须知的要求和投标文件规定格式填写的投标函等；并按要求格式出具的法定代表人授权书等内容。

8.1.2按照招标文件投标供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

8.2如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标供应商只允许提交一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。

#### 9. 投标文件格式

9.1 投标供应商应按照招标文件中“投标文件格式及构成”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标技术参数、承诺及价格等。

9.2 投标供应商应完整地提供招标文件要求的数据和资料。

10. 投标货币：投标应以人民币报价。

#### 11. 投标有效期

11.1在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件；若投标供应商有此要求，则采购人有权没收其投标保证金。

11.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求修改或撤销其投标文件；投标供应商拒绝延长的，其投标无效，但投标供应

商有权收回其投标保证金。

## 12. 投标保证金

12.1 投标供应商在递交投标文件的同时，应按投标供应商须知前附表规定的金额、交付形式交纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

12.2 投标供应商不按投标须知前附表第 11 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

12.3 投标保证金的退还：详见投标须知前附表第11项要求。

12.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 投标供应商不接受按投标供应商须知前附表的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清与补正；

(3) 中标供应商在收到中标通知书后，不按合同要求缴纳履约保证金（如有），或是无正当理由拒签合同协议书。

(4) 其它不符合招投标法规定或招标文件规定的行为。

## 13. 投标报价和投标方案

13.1 投标供应商应在投标报价表中标明，本次投标项目的所有单项价格和总价。除招标文件中要求提供备选方案之外，任何有选择的报价将不予接受，每个项目只允许有一个报价。

13.2 投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件有可能被拒绝。

13.3 报价要求：见“投标报价表及投标供应商须知前附表”

14. 证明投标供应商合格和资格的文件。投标供应商应按照招标文件投标供应商须知前附表的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果必备的资格证明文件不全或不合格的，其投标将被拒绝。

## 15. 证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1 投标供应商应在投标文件中提交货物及服务合格并符合招标文件要求的证明文件。



15.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，它包括：货物或服务主要技术指标的详细说明；逐条对招标文件技术要求进行应答，说明所提供的货物或服务是否对招标的技术规格做出了实质性的响应。

#### 16. 投标有效期

16.1 投标应在“投标供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的，将被视作无效标。

16.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人将以书面形式向投标供应商发出延长投标有效期的通知，此情况下，采购人与投标供应商以前在原投标有效期条件下的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标有效期。

#### 17. 投标文件的式样和签署

17.1 投标供应商应按照投标供应商须知的要求，准备非加密的电子投标文件（.nZYTf 格式）U盘一份（此U盘模式针对投标供应商在遵义市公共资源电子交易服务系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。电子文档应与投标文件内容一致。

~~17.2 投标文件需打印或用不褪色的蓝(黑)墨水(汁)书写,并由投标供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。~~

17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字盖章才有效。

17.4 因字迹潦草、表述不清或不按招标文件给定格式编制的投标文件，所引起的对投标供应商不利的后果，由投标供应商自行负责。

### 四、投标文件的递交

#### 18. 投标文件（电子文档）的密封和标记

电子U盘盘面以贴标签方式标记：

项目名称：遵义医药高等专科学校中医专业群设备采购项目（3包：美容实训中心仪器）投标文件

采购人名称：遵义医药高等专科学校

投标供应商名称：（盖单位鲜章）

如果投标供应商未对投标文件（电子文档）按上述要求进行完好密封，因此产生风险由投标供应商承担。

投标截止时间投标供应商应按采购人要求的投标地点，在投标截止时间前，将投标文件（电子文档）递交至指定处（选择远程投标、不见面开标的供应商无需现场提供，在开标后2小时内将投标文件电子档（必须与上传系统的文件保持一致）发送至911090451@qq.com）。

19. 迟交的投标文件（电子文档）按照投标供应商须知的规定，采购人将拒绝接受并退回在规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 20. 投标的修改与撤回

20.1 投标供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但投标供应商必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回或变动价格的通知递交到采购人。

20.2 投标供应商的修改或撤回通知应按本须知第 18 条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标做任何修改或撤回。

### 五. 开标与评标

#### 21. 开标

采购人在规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有投标供应商须授权一名代表按时参加会议，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。（远程投标除外）

21.1 开标时，采购人当众宣读投标供应商名称、修改或撤回的书面通知（如果有）、投标价格，以及采购人认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

21.2 在开标时没有启封和宣读的投标文件将原封退回给投标供应商。

21.3 采购人将做开标记录，存档备查。

#### 22. 评标组织及评标原则

22.1 参照《中华人民共和国招标投标法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2 招标文件和投标文件是评标的依据，投标供应商不得在投标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3 在评标期间，评委会可要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4 如果投标供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按投标供应商最大风险进行评标。

### 23. 评标过程的保密

23.1 公开开标后，直至发出中标通知书时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标供应商及与评标无关的其他人透露。

23.2 在评标过程中，如果投标供应商试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授标意见方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

### 23.3 评标方法

23.4 本次评标采用综合评分法：具体见“第五章”评标办法。

### 23.5 评标程序

按照初审、详评、推荐中标排序三个步骤进行评标。在上一步评审中不合者，不进入下一步的评审。

### 23.6 评标委员会

23.6.1 采购人将按照有关法律法规要求组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

### 23.7 投标文件的澄清

在评标期间，评委会可要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 23.8 投标文件的初审（资格性、符合性和响应性检查）

23.8.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、资格证明文件是否齐全。

23.8.1.1 计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与开标时唱出的总价不

一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

23.8.1.2对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受。

23.8.1.3在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被视为是实质上的偏离。评标委员会审定投标的响应性只依据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

23.8.1.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- (1) 未按规定程序进行的投标；
- (2) 有损国家利益、违反国家法律的投标；
- (3) 弄虚作假、无理取闹的投标；
- (4) 提供的投标文件不符合招标文件要求的；
- (5) 投标文件字迹潦草模糊，难以辨认，或内容不完整的投标；
- (6) 逾期送达的投标；
- (7) 超出经营范围投标的；
- (8) 资格证明文件不全或不符合招标文件要求的；
- (9) 投标书无投标供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；
- (10) 投标有效期不足的；
- (11) 投标供应商在同一份投标文件中，报有两个或多个报价的；
- (12) 以他人名义进行的投标；
- (13) 附有采购人不能接受的条件的投标文件；

- (14) 两份以上内容雷同的投标文件；
- (15) 明显不符合技术规格、技术标准的投标文件；
- (16) 未能实质性响应招标文件要求的投标文件；
- (17) 投标报价高于上限控制价的投标；
- (18) (交货时间或服务时间) 超过招标文件要求的投标；
- (19) 经评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且不能合理说明的；
- (20) 经评标委员会半数以上评委认定投标供应商相互围标的投标；
- (21) 投标供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

#### 23.8.2 投标文件的详细评审

23.8.2.1 评标委员会将按照本须知第25条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。

23.8.2.2 详细评审按照“投标供应商须知前附表”中规定的评标方法进行评审。

23.9 中标候选人的确定。评标委员会按评标结果推荐3名投标供应商为中标候选人，报价超出项目拦标价的投标供应商不得作为中标候选人。

### 六、定标、中标通知与签约

#### 24. 定标程序

24.1 评委会根据评标方法的规定对投标供应商进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

24.2 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标供应商。

24.3 招标结果于评标结果之后，在公示期内，投标供应商对评标结果有异议的，可以以书面形式提出质疑。提出质疑的投标供应商应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

24.4 评委会可以对已推荐的中标候选人进行履约能力的进一步审核，以确认其是否具备完全履约能力。中标候选人不得拒绝提供进一步的证明其有能力履约的资料，

并应该接受实地考察、产品测试等审核方式，如果发现中标候选人在履约能力方面有缺陷，或中标候选人不接受对其履约能力的进一步审核，评委会可以对原评标结果进行复议。

24.5 排名第一的中标候选人提出放弃中标的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。

## 25. 中标与落标通知

25.1 根据评标委员会对推荐的 3 名中标候选人排序，经采购人确定中标供应商之后，由采购人向中标供应商发出《中标通知书》。

25.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，均应当承担相应的法律责任。

25.3 中标合同的签订采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

## 第四章 合同主要条款

(具体以采购人提供为准)

## 第五章 评标方法

### 1.采用公开招标方式

2.评标方法按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标供应商作为中标人并依次排序。

### 3.评标程序

3.1按照初审、详评、推荐中标排序三个步骤进行评标。在上一步评审中不合格者，不进入下一步的评审。

(1)对投标文件的初审：按照以下内容对投标文件初审分资格性审查和符合性审查，一项不合格即为废标。

(2)投标文件的完整性。投标文件构成和投标报价是否有重大缺项，是否按照招标文件要求的格式编写投标文件。

(3)投标文件的有效性。投标文件的签署、加盖公章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

(4)提供的资格证明文件是否符合招标文件要求。

3.2投标文件的响应性。投标文件是否响应招标文件要求；是否满足本次投标的特殊要求；投标方案是否有重大缺漏项；投标获取的技术规格是否有重大偏离；投标商务条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

3.3对于投标文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

(1)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额汇总计算结果为准；但单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修正单价。

(2)评委会将按照上述修正错误的方法修正投标文件中的投标报价，修正后的价格对投



标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

3.4详评和推荐中标排序：对于经初审合格的所有投标，由评委会各成员按照下列

《综合评分明细表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个投标

供应商的得分，按从高到低依次排序，推荐中标候选人。

#### 4.1资格、符合性及响应性评审

序号	审查内容	审查标准
1	投标文件签字盖章	符合招标文件要求
2	具有独立承担民事责任的能力	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2019年度或2020年度经中介机构出具的财务审计报告（含财务报表）或自行承诺均可
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或自行承诺
5	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供近6个月的缴纳税收和社会保障资金的相关材料
6	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录	提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）
7	法律、行政法规规定的其他条件	提供“信用中国”网站和中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（公告发布至开标截止时间前）
8	技术部分和商务部分是否存在重大偏离	符合招标文件要求
9	投标文件是否存在未实质性响应招标文件	符合招标文件要求
只有通过以上评审的，方可进入下一阶段评审。否则视为未通过初审评审，为无效标。		

## 4.2本办法计分实行百分制，满分 100 分，具体评标标准如下

综合评分明细表					
序号	评分因素及权重	分值	评分标准		说明
1	投标报价 30%	30	<p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30）×100%</p> <p>备注：1、评标基准价为满足招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价；</p> <p>2、得分取两位小数点，第三位四舍五入。</p> <p>3、投标单位的报价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；（提交的证明材料包括但不限于：近两年已按合同顺利完成供货，同类型项目单价低于成本，并通过验收，提供履约验收报告；制造原材料购买或制作成本、运输费、人工成本、仓储费、调试费、税金等，并提供公司前三年财务报表，报告中显示有合理利润，债务抵押情况等足以说明的书面报告，并加盖单位公章及法定代表人章）；阐明项目成本构成内容。经评审不足以说明或未递交证明材料，则该投标单位的报价视为低于成本报价，该投标单位报价视为无效报价。</p>		
2	技术部分 50%	50	技术指标35%	技术指标（35分）：所报参数完全符合招标文件要求得35分。所投参数达不到招标文件要求的，每负偏离1条扣3分；累计扣减，扣完为止；	
			设备技术的先进性15%	根据投标产品的技术先进性，材质是否优良，操作便捷性，安全性，可靠性，品牌知名度等，横向对比，优15-10分、较好9-5分、一般4-2分、差的1-0分、无方案0分；	
3	商务部分20%	10	企业业绩10%	提供投标人近三年的类似业绩，根据业绩打分：每提供一个类似业绩的得2分，满分10分，其余不得分。（提供合同或中标通知书为佐证资料）	

综合评分明细表					
序号	评分因素及权重	分值	评分标准		说明
		8	售后服务 8%	1、仅承诺投标产品保修服务期限为1年的不得分； 2、承诺投标产品保修服务期限在1年的基础上每延长1年的得3分，最高6分。 3、专职的维修人员在24小时内到达维修现场解决问题的得2分；在24小时后到达的，得0分。	
		2	文件规范性 2%	编制完整、格式规范、装订整齐、有连续页码、表述详尽、方便查阅：2-0分。	

政策加分条款		
小型或微型企业政策加分	对小、微型产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但须提供中小企业声明函，严格按照财库〔2011〕181号《政府采购促进中小企业发展暂行办法》执行。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。	评审依据： 1、财库〔2011〕181号、工信部联企业〔2011〕300号、黔财采〔2014〕15号； 2、需由供应商
节能或环保产品政策加分	对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。  (以提供的目录清单复印件加盖公章为准)	对响应文件 “政策加分条款”中作出说明，并提供相关权威部门的证明材料，经评委会认可、有效方为符合条件，予以加分。否则不予
少数民族政策加分	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣	

	<p>除，在总得分基础上加3分。 （投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定，需自行提供证明材料）</p>	<p>加分。</p>
--	--	------------

（备注：评审小组成员各自评审后，再采用算术平均方法计算各供应商的综合得分。）

5、推荐中标

5.1 本次项目采用综合评分法评标，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的排名最靠前的投标供应商。

5.2 采购人按照评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标单位。

5.3 出现下列情形之一的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

(1) 中标供应商因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

(2) 经质疑，评标委员会或采购代理机构审查确认因中标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

6、废标条款：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家的。
- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- 3.投标供应商的报价均超过了拦标价，采购人不能支付的。
- 4.因重大变故，采购任务取消的。

## 第六章 投标文件格式及构成

(此页为投标文件封面格式，制作标书时，删去本行文字)

# 投标文件

项目编号：  
项目名称：  
投标供应商名称： (公章)  
投标供应商地址：  
联系人：  
联系电话：

## 目录

(一) 投标函	.....	( )
(二) 详细报价清单	.....	( )
(三) 承诺函	.....	( )
(四) 商务、技术规格偏差表	.....	( )
(五) 投标供应商基本情况表	.....	( )
(六) 法定代表人身份证明书	.....	( )
(七) 法定代表人授权书	.....	( )
(八) 资格、符合性及响应性评审内容	..	( )
(九) 投标供应商信用承诺书	.....	( )
(十) 技术部分	.....	( )
(十一) 商务部分	.....	( )
(十二) 其他资料	.....	( )

## 一、投标函

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

我方全面研究了“\_\_\_\_\_”（项目名称）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）代表我方\_\_\_\_\_（投标供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物（服务），总投标价为人民币\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）。合同履行期限：\_\_\_\_\_天。

3、我方同意按照招标文件的要求，交纳人民币\_\_万元（大写：\_\_\_\_\_）的投标保证金。

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的加密的投标文件上传壹份，电子U盘壹份

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标供应商的行为。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：

### 三、详细报价清单

投标供应商名称：

招标编号：

编号	品名	品牌	数量	单位	单价	合价
1						
2						
3						
...						
合计						

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

注：1、投标供应商的投标报价应包含运送、装卸，附发票等一切相关的所有费用，采购人将不再支付其他任何费用。

2、项目总报价=投标总价= 一+二+三+ 。

3、如投标供应商在该报价单中有漏项或不填，视为对采购人的优惠，中标后不得予以增加有关费用。



### 三、承诺函

致：（采购人名称）

根据《（项目名称）招标编号：》的要求，我单位的投标保证金人民币\_\_\_\_\_已按照招标文件要求递交：

我方中标后不能提供产品测试或内容达不到招标文件要求的，你方有权全额没收该投标保证金，并拒绝签订合同追究虚假应标责任，上报相关的政府采购监督管理部门进行处理，我方完全理解和接受采购人的处理方式，对此无异议。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：年月日

四：商务、技术规格偏差表

投标供应商名称：

招标编号：

序号	品名	招标文件参数要求	投标商技术应答	其他	偏差说明（填写正偏离、负偏离或无偏离）
一					
二					
三					
四					
•••					

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

日期：            年月日

注意：投标供应商需按招标文件中的第七章的对应内容填写此表。投标供应商保证在此表中列出的各项指标均达到招标文件要求；对于未在此表中列出的各项指标招标方有理由认为均未达到招标文件要求。

五、投标供应商基本情况表

投标供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织机构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

(本表后附企业法人营业执照副本、相关资质证书(如有)复印件加盖单位公章)

投标供应商：(盖章)

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：

### 六、法定代表人身份证明书

(法定代表人参会的, 提供法定代表人身份证明书)

\_\_\_\_\_ (采购人名称) :

(法定代表人姓名) 在 (供应商名称) 任 (职务名称) 职务, 是 (投标供应商名称) 的法定代表人 (附法定代表人身份证复印件)。

特此证明。

法人身份证复印件:	
-----------	--

法定代表人签字或盖章:

投标供应商: (盖章)

日期:

### 七、法定代表人授权书

(授权人参会的, 提供法定代表人授权书)

\_\_\_\_\_ (采购人名称):  
本授权声明: (投标供应商名称) (法定代表人姓名、职务) 授权 (被授权人姓名、职务)  
为我方 “ ” 项目 (招标编号: ) 投标活动的合法代表, 以我方名义全权处理该项目有关投  
标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法人身份证复印件:	
被授权人身份证复印件:	

授权代表签字: 法定代表人签字或盖章:

职务:

电话:

投标单位: (盖章)

日期: 年月日

## 八、资格、符合性及响应性评审内容

(资格、符合性及响应性评审内容不提供格式要求，由投标供应商根据招标文件的具体要求，自行拟定)

## 九、投标供应商信用承诺书

本单位作为 \_\_\_\_\_ 项目的投标供应商，本着诚信原则，对本次投标活动作出如下承诺：

- 1、遵守法律法规规定，公平竞争，不采取任何违法违规行为以谋取中标。
- 2、具备承担本次招标项目的能力，并独立完成该项目。在本次招标投标过程中，不转让、出租、出借投标供应商资格，不挂靠任何单位，不借用别人的资格证书；除非资质降低或不可抗力原因，造成投标供应商不再满足资格预审文件、招标文件规定的资格条件要求外，在投标截止时间后，不放弃本项目投标工作。
- 3、若我单位中标，未经采购人员同意，不得更换拟派驻的项目经理等主要管理人员。
- 4、本次招投标活动中所有投标材料均真实、准确、完整、合法、有效。
- 5、无涉及招投标活动的违法、违规不良记录，或虽有不良记录，但已超过处理期限。
- 6、不与其他投标供应商相互串通投标；不与采购人、采购代理机构相互串通投标；不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿以谋取中标；不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假、骗取中标。
- 7、中标后，不将中标项目转包给他人，不将中标项目违法分包。
- 8、中标后及时与采购人订立合同，不签订违背招标文件和中标供应商的投标文件实质性条款的合同或补充协议；严格按照招标文件、投标文件及合同约定全面履行义务，并保证工程质量安全，不留安全隐患。

若违背以上信用承诺，自愿接受行业主管部门按照相关规定，对本企业违背承诺的失信行为形成的失信记录，以及失信等级的划分，由行为主管部门记入行业信用信息系统，并传送企业公共信用信息平台，自愿接受贵州省各级国家机关按照相关规定作出的联合惩戒。属于省外企业的，还接受企业注册所在地省（自治区、直辖市）根据相关规定对本单位作出的失信行为惩戒。

法定代表人（签字）：

承诺人（投标供应商盖章）：

年 月 日

## 十、技术部分

(技术部分内容不提供格式要求，由投标供应商根据招标文件的具体要求，自行拟定)



## 十一、商务部分

(商务部分内容不提供格式要求, 由投标供应商根据招标文件的具体要求, 自行拟定)

## 十二、其他资料

(由投标供应商根据招标文件的具体要求, 自行拟定)

## 第七章 技术、商务及其他要求

设备名称	技术参数
水光机	主要功效：美白效果，提拉效果，改善皱纹 温控范围：55-110℃ 治疗深度：0.5-6mm 负压吸力>-90KPA
超频溶脂刀	最大输入功率 400VA 电源电压 150V -240V 周围温度 + 18° C 至+ 30° C 相对湿度 60% 至 75% 大气压强 700hPA 至 1060hPA 频率 50Hz 电器保护等级 II (根据 IEC 536) 外部可更换保险丝 2 x T4A / 250V, 保险丝 5 x 20mm  <b>接触质量监测系统</b> 测量频率 80kHz ±10kHz 可承受阻力范围 25-90Ω 声音报警 后面板 65dBA/1m <b>设计</b> 重量- 主机 最重 30kg (661b) 重量 - 大治疗头 最重 1500g 包括电线(3. 31b) 重量 - 小治疗头 最重 700g 包括电线(1. 541b) 尺寸 - 系统控制台(W x H x D) 1000 x 600 x 600mm (39    x 24    x 24    ) 尺寸 - 大治疗头(W x H x D) 100 x 70 x 180mm (4    x 2.75    x 7    ) 尺寸 - 小治疗头(W x H x D) 108 x 66 x 180mm (4.25    x 2.6    x 7    ) <b>显示元素</b> 平面彩色触摸屏 对角线 8.4— / 21.5cm, 640x480 像素 <b>可调数值</b> 功率 从 1 至 120 连续不断(相对额定功率) 冷却 从 10° C 到 30° C 连续不断 治疗周期 30 秒 <b>8.1 输出功率的特点</b> 可承受负荷 100Ω-400Ω 额定负荷 250Ω 额定功率 170W 最大输出伏数(电力限制) <250V
多功能激光光电平台	一、适用范围： 镇痛消炎、促进组织修复、刺激多种酶的活性和增加肌肤弹性及紧致，用于治疗过敏性皮炎、炎性痤疮等。 二、技术参数： 光疗模块：

	<p>Derma-590</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 光源类型：LED/可见光</li> <li>2. 输出波长：590nm±5nm</li> <li>3. 光源组成：400 颗</li> <li>4. 输出强度：25mW/cm<sup>2</sup> ±25%</li> <li>5. 光照面积：750 cm<sup>2</sup>，治疗头有 5 个发光瓣，可根据患处调节光源角</li> <li>6. 治疗时间：1~99min 可调，步长 1min</li> <li>7. 工作模式：连续/脉冲模式</li> </ol> <p>电疗模块： *Derma-CR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、输出强度：0-15 档</li> <li>2、脉冲频率：4×（1±5%）MHz</li> <li>3、治疗时间：1~60min 可调，步长 1min</li> <li>4、输出方式：连续输出</li> </ol> <p>主机平台 电源：~220V / 50Hz 显示屏：8 寸液晶显示屏 脚轮配置：4 个万向轮 操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制 抬升动力系统配置：360° 四关节旋转臂 有治疗头温度指示功能</p>
<p><b>黄金微针</b></p>	<p>性能要求：多功能治疗设备，适用于去除病变组织或者改变局部组织形态，来达到组织凝固、汽化的目的； 临床适用于：面部皮肤松弛、抬头纹、鼻唇沟、鱼尾纹等；毛孔粗大、痤疮疤痕、肤色暗沉等；腋臭治疗，妊娠纹、颈纹治疗；</p> <p>技术参数</p> <p>RF 输出功率：0-45W 可调；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. RF 输出频率：1MH；</li> <li>3. RF 输出模式：连续 、脉冲输出；</li> <li>4. 脉宽：100ms-12000ms 连续可调；</li> <li>5. MicroRF、MFR 模块</li> </ol> <p>RF 输出功率：0-32W 可调； RF 输出模式：连续 、脉冲输出； 脉宽：100-12000ms 连续可调；</p> <p>治疗模式：双极 温控范围：55-110℃ 治疗深度：0.5-6mm *电极型号：49 针、25 针、15 针、9 针、49 针（带负压）、20 针（带负压） 负压吸力&gt;-90KPA *ScanJet 模块</p>

	<p>能量档位：1—5 档          治疗模式：滑动模式          滑动模式输出时间范围：1—30min          FocusRF 模块          安全监控：治疗头自带温度检测功能，实时反应治疗组织实际温度          智能反馈控制系统：在接近设定最高温度时，仪器自动根据温度调节输出能量，达到设定温度，自动切断能量输出          安全温度设定：根据临床需要可调          手柄型号：FocusRF S(1.4cm<sup>2</sup>)、FocusRF M(7.8cm<sup>2</sup>)          具有自动计数功能；          输出强度误差：≤±20%          输入电压：~220V、50Hz          输入功率：250VA          工作噪声不大于 65dB(A 计权)          主机尺寸：453mm * 457mm * 1117mm(长、宽、高；不含支架)          具有远程可升级功能</p>
红蓝光	<p>1、光源：LED/可见光          2、光源组成：蓝光 240 颗、红光 400 颗          3、波长：450nm±10nm、633nm±5nm          4、适应症：适用于镇痛消炎、促进组织修复、促进新生上皮细胞组织再生、促进新生血管的形成及生长、治疗过敏性皮炎和炎性痤疮。          5、具有可升级功能，可选配以下光疗模块：Derma-590、Derma-633、Derma-UVA1、Derma-670、Derma-830。          6、输出强度：蓝光 60~90mW/cm<sup>2</sup> 可调，误差≤±20%          红光 50~80mW/cm<sup>2</sup> 可调，误差≤±20%          7、脉冲频率：2Hz±1Hz          8、脉冲宽度：250ms±10ms          9、治疗光头形状：椭圆形          治疗光头调整方式：关节臂、治疗头和治疗面板 3 向调节          治疗光头高度调节范围：0.8m-1.4m          10、显示：8 寸液晶显示          11、操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制          12、定时范围：1~ 99min，步长 1min          13、有温度指示功能          14、电源：~220 V，50 Hz</p>
超声波导入仪	<p>1、产品尺寸约 24.5*26.6cm          2、额定电压 220V          3、额定功率 20W          4、适用部位：身体、眼部、面部          5、功效：提拉瘦脸</p>